柳沢センサー恒温40℃環境品質試験

Flux Monitor 当社標準器使用

製造時:	平均値	ばらつき
	0.99	0.03

平均値	ばらつき
0.94	0.02

テスト開始 2016年7月19日 (製造日)	A		B		C		D		テスト開始 2016年8月8日 (製造日)	E	
	従来の品		試作Bタイプ		試作Cタイプ		試作Dタイプ			試作Eタイプ	
日後	平均値	ばらつき	平均値	ばらつき	平均値	ばらつき	平均値	ばらつき		平均値	ばらつき
10 (8/1) n=5	0.93	0.07	0.98	0.01	0.67	0.03	0.97	0.01	10 (8/19) n=5	0.94	0.01
20 (8/10) n=5	0.97	0.02	0.98	0.01	0.53	0.02	0.99	0.03	20 (8/29) n=5	0.89	0.01
30 (8/20) n=5	0.95	0.01	0.99	0.02	0.45	0.02	1.01	0.01	30 (9/7) n=5	0.91	0.01
60 (9/20) n=10	0.85	0.03	0.96	0.02	0.45	0.02	0.97	0.02	60 (10/7) n=5	0.89	0.01

柳沢センサー恒温50℃環境品質試験

Flux Monitor 当社標準器使用

2016年10月17日製造

製造時:

平均値	ばらつき
0.91	0.04

テスト開始 2016年10月18日	A		B		C		D	
	従来の品		試作Bタイプ					
日後	平均値	ばらつき	平均値	ばらつき	平均値	ばらつき	平均値	ばらつき
10 (10/28) n=5	0.76	0.02	0.90	0.01				
20 (11/7) n=5	0.79	0.02	0.92	0.02				
30 (11/17) n=5	0.70	0.05	0.93	0.02				
60 (12/17) n=5	-	-	0.77	0.03				